

October 2<sup>nd</sup>, 2025**Product code / Código de Producto:** BD125X10/2**Product description / Descripción de producto:** Bowie-Dick Test Pack for Steam sterilization processes (125 mm x 125 mm x 16 mm). Type 2 (according to ISO 11140-1:2014). / Paquete de Prueba Bowie-Dick para procesos de esterilización por Vapor (125 mm x 125 mm x 16 mm). Tipo 2 (conforme ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de Lote:** B50577**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-09-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-08-31**Transition color / Color de Transición:** Turns to Dark Brown/Black. / Vira a Marrón Oscuro/Negro.**Endpoint condition / Condición del punto final:** 121 °C - 10 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **B50577** meets the specifications under USP, ISO 11140-1 and ISO 11140-4 regulation. / El lote de producto **B50577** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP, ISO 11140-1 e ISO 11140-4.

  
TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO