

October 09th, 2025**Product code / Código de producto:** CD57**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for Formaldehyde sterilization processes, (1000 self-adhesive labels per roll). Type 1 (according to ISO 11140-1). / Indicador Químico para procesos de esterilización por Formaldehído, (rollo de 1000 etiquetas autoadhesivas). Tipo 1 (conforme ISO 11140-1).**Batch number / Número de lote:** B50624**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-10-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-09-30**Transition color / Color de transición:** Turns to Green / Vira a Verde.**Endpoint condition / Condición del punto final:** 15 min., 70 °C, 1 mol/l FORM

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50624** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation / El lote de producto **B50624** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO

