

September 4th, 2025**Product code / Código de producto:** CDS47V**Product description / Descripción de producto:** 3D chemical indicator for monitoring test of disinfection of environments and surfaces by Hydrogen Peroxide vapor. / Indicador químico 3D para ensayo de monitoreo de desinfección de ambientes y de superficies por vapor de Peróxido de Hidrógeno.**Batch number / Número de lote:** B50463**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-08-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2030-07-31**Transition color / Color de transición:** Turns to Yellow / Vira a Amarillo.**Process specification / Especificaciones de proceso:**Exposure time / Tiempo de exposición $\geq$ 20 minConcentration / Concentración: $\geq$ 400 ppm H₂O₂ vapor.Temperature / Tempertura: 10 – 30 °CRelative humidity / Humedad relativa: 30 – 80 %

Conclusion: The product batch **B50463** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **B50463** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO