

October 24th, 2025**Product code / código de Producto:** CT20**Product description / Descripción de producto:** Indicator Tape for Steam sterilization processes. Type 1 (ISO 11140-1:2014) / Cinta Indicadora para procesos de esterilización por Vapor. Tipo 1 (ISO 11140-1:2014).**Batch number / Número de lote:** B50620**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2025-02-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-01-31**Transition color / Color de Transición:** Turns to brown/black. / Vira a marrón oscuro/negro.**Endpoint conditions / Condiciones del punto final:** 121 °C, 10 min. // 134 °C, 2 min.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11140-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11140-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **B50620** meets the specifications under USP and ISO 11140-1 regulation. / El lote de producto **B50620** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11140-1.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO