



02/06/2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BT221

Product description / Descripción de producto: Rapid Readout biological indicators for the monitoring of gravity displacement steam sterilization cycles at 132 °C (270 °F). *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 / Indicador biológico autocontenido de lectura rápida por fluorescencia para la evaluación de ciclos de esterilización por vapor con desplazamiento de aire por gravedad a 132 °C (270 °F). *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.

Batch number / Número de lote: RSD052016

Manufacture date / Fecha de fabricación: 05.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 05.2016

Spores title (not lower than 1×10^5 spores per vial) / **Título de Esporas** (no menor a 1×10^5 esporas por vial):
 2.2×10^6 spores per vial / esporas por vial.

D value / Valor D (132°C): 0.4 min.

Survival time (S) not lower than $(\log_{10} \text{nominal population} - 2) \times D$ value / **Tiempo de Sobrevida (S)** no menor a $(\log_{10} \text{población nominal} - 2) \times \text{Valor D}$: 1.8 min.

Kill time (M) not more than $(\log_{10} \text{nominal population} + 4) \times D$ value / **Tiempo de Muerte (M)** no mayor a $(\log_{10} \text{población nominal} + 4) \times \text{Valor D}$: 4.4 min.

Z value / Valor Z (not lower than 6 °C / no menor que 6 °C): 19.7 °C.

Parameters determined at the time of manufacture in accordance with USP and ISO 11138 standards (parts 1 and 3). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO11138 (partes 1 y 3). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: The product batch **RSD052016** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation (Parts 1 and 3) / El lote de producto **RSD052016** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138 (Partes 1 y 3).



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO