

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 23rd, 2017

Product code / código de Producto: BT40/3

Product description / Descripción de producto: Spore Strips biological indicator for Ethylene Oxide and Dry Heat sterilization processes. / Indicador biológico en Tira con esporas para procesos de esterilización por Óxido de Etileno y Calor Seco. *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372.

Batch number / Número de lote: TOCU102019Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-10Expiration date / Fecha de vencimiento: 2019-10Spores title / Título de Esporas(*): 2.0×10^3 spores per strip/ esporas por tira.ETHYLENE OXIDE / OXIDO DE ETILENOD value / Valor D (600 mg/l, 54 °C, 60 % RH, not lower than 2.5 min./ no inferior a 2.5 min.)(*): 2.8 min.Survival time (S) ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / Tiempo de Sobrevida(S) ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D: 3.6 min.Kill time (M) ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / Tiempo de Muerte (M) ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D: 20.2 min.DRY HEAT / CALOR SECOD value / Valor D (160 °C, not lower than 2.5 min/ no inferior a 2.5 min)(*): 2.6 min.Survival time (S) ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value/ Tiempo de Sobrevida (S) ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D: 3.3 min.Kill time (M) ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value/ Tiempo de Muerte (M) ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D: 18.7 min.Z value / Valor Z (not lower than 20°C / no inferior a 20 °C): 33.5°C.

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138 standards (parts 1, 2 and 4). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO11138 (partes 1, 2 y 4). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

(*)According to ISO 11138-1, if the population and/or resistance criteria is below the value specified in ISO11138-2, 4, the biological indicator is acceptable provided that all other requirements of the standard are met and the population and resistance are stated. / Según ISO 11138-1, si la población y/o criterio de resistencia es menor al valor especificado en ISO 11138-2,4, el indicador biológico es aceptable siempre que los otros requisitos de la norma se cumplan y la población y resistencia se informen.

Conclusion: Product batch **TOCU102019** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation (parts 1, 2 and 4) / El lote de producto **TOCU102019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138 (partes 1, 2 y 4).

NOTE: The functional and allowed incubation temperature range for Bionova® BT40 is between 30– 39 °C.

NOTA: El rango de temperatura funcional y permitido para la incubación del Bionova® BT40 es de 30 – 39 °C.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO