



September 24th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: BT400

Product description / Descripción de producto Spore Strips Biological Indicator for Liquid Peracetic Acid High Level Disinfection processes./ Indicador Biológico en Tiras con Esporas para procesos de Desinfección de Alto Nivel con Ácido Peracético Líquido. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.

Batch number / Número de lote: BT400300917

Manufacture date / Fecha de fabricación: 30.09.15

Expiration date / Fecha de vencimiento: 30.09.17

Spores title (not lower than 1×10^5 spores per strip) / **Título de Esporas** (no inferior a 1×10^5 esporas por tira): 1.1×10^6 spores per strip/ esporas por tira.

D value / Valor D (2 mg/l VH_2O_2 , 45 °C): 0.35 minutes/minutos.

Survival time (S) ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / **Tiempo de Sobrevida (S)** ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D: 1.4 minutes/minutos.

Kill time (M) ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / **Tiempo de Muerte (M)** ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D: 3.5 minutes/minutos.

Parameters determined at the time of manufacturing by calculations adapted from ISO 11138 standard (part 1). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación mediante cálculos adaptados de la norma ISO11138 (parte 1). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

NOTE: The functional and allowed incubation temperature range for Bionova® BT400 is between 55– 62 °C.

NOTA: El rango de temperatura funcional y permitido para la incubación del Bionova® BT400 es de 55 – 62 °C.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO