

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 21st, 2017**Product code / código de Producto:** BT50**Product description / Descripción de producto:** Spore Strips biological indicator for Steam and Formaldehyde sterilization processes. / Indicador biológico en Tira con esporas para procesos de esterilización por Vapor y Formaldehído. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.**Batch number / Número de lote:** TVBX022019**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-02**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2019-02**Spores title** (not lower than 1×10^5 spores per strip) / **Título de Esporas** (no inferior a 1×10^5 esporas por tira): 1.1×10^5 spores per strip/ esporas por tira.**STEAM / VAPOR****D value / Valor D** (121 °C, not lower than 1.5 min/ no inferior a 1.5 min): 1.8 min.**Survival time (S)** ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / **Tiempo de Sobrevida (S)** ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D: 5.5 min.**Kill time (M)** ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / **Tiempo de Muerte (M)** ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D: 16.2 min.**Z value / Valor Z** (not lower than 6 °C / no inferior a 6 °C): 18.9 °C.**FORMALDEHYDE / FORMALDEHIDO****D value / Valor D** (60 °C, Form 1 mol/l, not lower than 6 min/ no inferior a 6 min): 6.1 min.**Survival time (S)** ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / **Tiempo de Sobrevida (S)** ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D: 18.4 min.**Kill time (M)** ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / **Tiempo de Muerte (M)** ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D: 54.7 min.

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138 standards (parts 1, 3 and 5). The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11138 (partes 1, 3 y 5). Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **TVBX022019** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation (parts 1, 3 and 5) / El lote de producto **TVBX022019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138 (partes 1, 3 y 5).



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO