

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 22nd, 2020**Product code / Código de producto:** BT95**Product description / Descripción de producto:** Self-contained biological indicator for Plasma or Vaporized Hydrogen Peroxide sterilization processes. Rapid Readout Fluorescence System. / Indicador biológico autocontenido para procesos de esterilización por Plasma o Vapor de Peróxido de Hidrógeno. Sistema de Lectura Rápida por Fluorescencia. *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953.**Batch number / Número de lote:** RPK052022**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2020-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-05**Spores title (not lower than 1×10^5 spores per vial) / Título de esporas (no inferior a 1×10^5 esporas por vial):** 1.2×10^6 spores per vial / esporas por vial.**D value / Valor D (2 mg/l VH_2O_2 , 50 °C):** 11 seconds/segundos.**Survival time (S) ($\log_{10}$ nominal population - 2) x D value / Tiempo de Sobrevida (S) ($\log_{10}$ población nominal - 2) x Valor D:** 46 seconds/segundos.**Kill time (M) ($\log_{10}$ nominal population + 4) x D value / Tiempo de Muerte (M) ($\log_{10}$ población nominal + 4) x Valor D:** 113 seconds/segundos.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with USP and ISO 11138-1 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares USP e ISO 11138-1. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

Conclusion: Product batch **RPK052022** meets the specifications under USP and ISO 11138-1 regulation. / El lote de producto **RPK052022** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138-1.

NOTE: The functional and allowed incubation temperature range for Bionova® BT95 is between 55-62 °C.

NOTA: El rango de temperatura funcional y permitido para la incubación del Bionova® BT95 es de 55-62 °C.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO