



17-06-2013

TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MC1020-150

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for *Geobacillus stearothermophilus* and *Bacillus atrophaeus* growth / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de *Geobacillus stearothermophilus* y *Bacillus atrophaeus*.

Batch number / Número de Lote: MDAK062015

Manufacture date / Fecha de fabricación: 06.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 06.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to yellow/ Vira a amarillo

Process specification / Especificaciones de proceso: 24 hs de incubación a 60 ± 2 °C (*Geobacillus stearothermophilus*) - 48 hs de incubación a 37 ± 2 °C (*Bacillus atrophaeus*) / 24 hs incubation to 60 ± 2 °C (*Geobacillus stearothermophilus*) - 48 hs incubation to 37 ± 2 °C (*Bacillus atrophaeus*).

Conclusion: The product batch **MDAK062015** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MDAK062015** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138.

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO