



30-01-2012

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MC1030-1

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for *Bacillus atrophaeus* growth / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de *Bacillus atrophaeus*.

Batch number / Número de Lote: MOAG012014

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2012

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2014

Transition color / Color de Transición: Turns to yellow/ Vira a amarillo

Process specification / Especificaciones de proceso: 48 hs de incubación a 37 ± 2 °C / 48 hs incubation to 37 ± 2 °C.

Conclusion: The product batch **MOAG012014** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MOAG012014** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y en ISO 11138.


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO