



10-2013

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENÉTICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MC1030-1

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for *Bacillus atrophaeus* growth. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de *Bacillus atrophaeus*.

Batch number / Número de Lote: MOAI102015

Manufacture date / Fecha de fabricación: 10.2013

Expiration date / Fecha de vencimiento: 10.2015

Transition color / Color de Transición: Turns to Yellow / Vira a amarillo

Process specification / Especificaciones de proceso: 48 hs incubation at 37 ± 2 °C
// 48 hs de incubación a 37 ± 2 °C.

Conclusion: The product batch **MOAI102015** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MOAI102015** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y en ISO 11138.

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GEN

TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO