



28-04-2014



TERRAGENE

BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MC1030-1

Product description / Descripción del producto: Culture medium with pH indicator for *Bacillus atrophaeus* growth. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de *Bacillus atrophaeus*.

Batch number / Número de Lote: MOAJ012016

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to yellow. / Vira a amarillo.

Process specification / Especificaciones de proceso: 48 hs incubation at 37 ± 2 °C.
/ 48 hs de incubación a 37 ± 2 °C.

Conclusion: The product batch **MOAJ012016** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MOAJ012016** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP y en ISO 11138.



TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TECNICO

Terragene S.R.L.

Güemes 2879 - 2000 Rosario - Santa Fe - Argentina

Tel.: +54 341 4362015 / 4306245 / 4300446 / 4300616

www.terragene.com.ar