



10-07-2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MC1030-1

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for growth of *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 bacterial spores. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372.

Batch number / Número de Lote: MOAK072016

Manufacture date / Fecha de fabricación: 07.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 07.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.

Process specification / Especificaciones de proceso: Incubation at 37 ± 2 °C for 48 hours (maximum). / 48 de incubación a 37 ± 2 °C (máximo).

Conclusion: The product batch **MOAK072016** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MOAK072016** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO