




September 30th, 2015

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: MC1030-2

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for growth of *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 bacterial spores./ Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372.

Batch number / Número de lote: MOAR092017

Manufacture date / Fecha de fabricación: 09.2015

Expiration date / Fecha de vencimiento: 09.2017

Transition color / Color de Transición: Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.

Process specification / Especificaciones de proceso: Incubation at 37 ± 2 °C for 48 (maximum). / 48 de incubación a 37 ± 2 °C (máximo).

Conclusion: Product batch **MOAR092017** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation./ El lote de producto **MOAR092017** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138.

TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO