

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 17<sup>th</sup>, 2018

**Product code / código de Producto:** MC1030-2

**Product description / Descripción de producto:** Culture medium with pH indicator for growth of *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 and *Bacillus Subtilis* DSM 5230 ATCC 35021 bacterial spores./ Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 y de *Bacillus Subtilis* DSM 5230 ATCC 35021.

**Batch number / Número de lote:** MOCA092020

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-09

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2020-09

**Transition color / Color de Transición:** Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** Incubation at  $37 \pm 2$  °C for 48 (maximum). / 48 horas de incubación a  $37 \pm 2$  °C (máximo).

**Conclusion:** Product batch **MOCA092020** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation./ El lote de producto **MOCA092020** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO