

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

January 28th, 2019**Product code / código de Producto:** MC1030-2**Product description / Descripción de producto:** Culture medium with pH indicator for growth of *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 and *Bacillus Subtilis* DSM 5230 ATCC 35021 bacterial spores./ Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Bacillus atrophaeus* ATCC 9372 y de *Bacillus Subtilis* DSM 5230 ATCC 35021.**Batch number / Número de lote:** MOCI012021**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2021-01**Transition color / Color de Transición:** Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.**Process specification / Especificaciones de proceso:** Incubation at 37 ± 2 °C for 48 (maximum). / 48 horas de incubación a 37 ± 2 °C (máximo).**Conclusion:** Product batch **MOCI012021** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation./ El lote de producto **MOCI012021** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138.
TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO