



TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GENETICA

01-2014

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: MC20-1

Product description / Descripción de producto: Culture médium with pH indicator for *Geobacillus stearothermophilus* growth. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de *Geobacillus stearothermophilus*.

Batch number / Número de Lote: MVAG012016

Manufacture date / Fecha de fabricación: 01.2014

Expiration date / Fecha de vencimiento: 01.2016

Transition color / Color de Transición: Turns to Yellow / Vira a Amarillo

Process specification / Especificaciones de proceso: 24 hs incubation at 60 ± 2 °C
// 24 hs de incubación a 60 ± 2 °C

Conclusion: The product batch **MVAG012016** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MVAG012016** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138.

TERRAGENE
BIOTECNOLOGIA Y GEN


TERRAGENE S.R.L.
Lic. Adrian Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO