



June 22nd, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: MC20-2

Product description / Descripción de producto: Culture medium with pH indicator for growth of *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 bacterial spores. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953

Batch number / Número de lote: MVAM062018

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2018-06

Transition color / Color de Transición: Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.

Process specification / Especificaciones de proceso: Incubation at 60 ± 2 °C for 24 hours for spores subjected to Steam/VH₂O₂ processes and 48 hours for Formaldehyde processes (maximum). / 24 horas de incubación a 60 ± 2 °C para esporas sometidas a procesos de Vapor/VH₂O₂, y 48 horas para procesos de Formaldehído (máximo).

Conclusion: Product batch **MVAM062018** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MVAM062018** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO 11138.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO