

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

January 19th, 2017**Product code / código de Producto:** MC20-2**Product description / Descripción de producto:** Culture medium with pH indicator for growth of *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 bacterial spores. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953**Batch number / Número de lote:** MVA0012019**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-01**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2019-01**Transition color / Color de Transición:** Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.**Process specification / Especificaciones de proceso:** Incubation at 60 ± 2 °C for 24 hours for spores subjected to Steam/VH₂O₂ processes and 48 hours for Formaldehyde processes (maximum). / 24 horas de incubación a 60 ± 2 °C para esporas sometidas a procesos de Vapor/VH₂O₂, y 48 horas para procesos de Formaldehído (máximo).**Conclusion:** Product batch **MVA0012019** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation./El lote de producto **MVA0012019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138.
TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO