

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

August 1<sup>st</sup>, 2017**Product code / código de Producto:** MC20-2**Product description / Descripción de producto:** Culture medium with pH indicator for growth of *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953 bacterial spores. / Medio de cultivo con indicador de pH para el crecimiento de esporas bacterianas de *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953**Batchnumber / Número de lote:** MVAQ072019**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2019-07**Transition color / Color de Transición:** Turns to **yellow** when spores grow. / Vira a **amarillo** cuando las esporas crecen.**Process specification / Especificaciones de proceso:** Incubation at  $60 \pm 2$  °C for 24 hours for spores subjected to Steam/VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub> processes and 48 hours for Formaldehyde processes (maximum). / 24 horas de incubación a  $60 \pm 2$  °C para esporas sometidas a procesos de Vapor/VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, y 48 horas para procesos de Formaldehído (máximo).**Conclusion:** Product batch **MVAQ072019** meets the specifications under USP and ISO 11138 regulation. / El lote de producto **MVAQ072019** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa USP e ISO11138.  
TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO