

June 14<sup>th</sup>, 2021**Product code / Código de producto:** SWAB004**Product description / Descripción de producto:** Nasopharyngeal nylon flocked swabs for the collection of clinical specimens. Sterile Single Wrapped / Hisopos de nylon nasofaríngeos para la colección de muestras biológicas. Envases unitarios estériles.**Batch number / Número de lote:** E10008**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-06**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2024-06**Storage conditions / Condiciones de almacenamiento:** 2-25 °C.**Sterilization / Esterilización:** EO treatment / Tratamiento con OE

| Specification / Especificación | Criterion / Criterio | Result / Resultado |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|
| Sterility / Esterilidad        | ISO 11135:2014       | Pass / Aprobado    |

Product manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / Producto elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

**CONCLUSION:** Product batch **E10008** is approved according to the established acceptance criteria. / El lote de producto **E10008** se encuentra aprobado conforme los criterios de aceptación establecidos.

  
**TERRAGENE S.A.**  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO