

July 16th, 2021**Product code / Código de producto:** SWAB004**Product description / Descripción de producto:** Nasopharyngeal nylon flocked swabs for the collection of clinical specimens. Sterile Single Wrapped / Hisopos de nylon nasofaríngeos para la colección de muestras biológicas. Envases unitarios estériles**Batch number / Número de lote:** E10016**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2024-07**Storage conditions / Condiciones de almacenamiento:** 2-25 °C.**Sterilization / Esterilización:** EO treatment / Tratamiento con OE

Specification / Especificación	Criterion / Criterio	Result / Resultado
Sterility / Esterilidad	ISO 11135:2014	Pass / Aprobado

Product manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / Producto elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

CONCLUSION: Product batch **E10016** is approved according to the established acceptance criteria. / El lote de producto **E10016** se encuentra aprobado conforme los criterios de aceptación establecidos.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO