

November 2<sup>nd</sup>, 2021**Product code / Código de producto:** UTM50300**Product description / Descripción de producto:** Medium intended for the collection and transport of clinical specimens. / Medio previsto para la recolección y el transporte de muestras clínicas.**Batch number / Número de lote:** E10030**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2021-09**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2023-03**Storage conditions / Condiciones de almacenamiento:** 2-25°C.

| Specification / Especificación | Criterion / Criterio                                               | Result / Resultado |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Appearance / Apariencia        | Translucent, light orange color / Translúcido, color naranja claro | Pass / Aprobado    |
| Sterility / Esterilidad        | Absence of microbial growth / Ausencia de crecimiento microbiano   | Pass / Aprobado    |

Product manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / Producto elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

**CONCLUSION:** The product batch **E10030** meets the specifications. / El lote de producto **E10030** cumple con las especificaciones establecidas.

  
**TERRAGENE S.A.**  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO