

May 31st, 2022**Product code / Código de producto:** UTM50300**Product description / Descripción de producto:** Medium intended for the collection and transport of clinical specimens. / Medio previsto para la recolección y el transporte de muestras clínicas.**Batch number / Número de lote:** E20032**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-05**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2023-11**Storage conditions / Condiciones de almacenamiento:** 2-25°C.

Specification / Especificación	Criterion / Criterio	Result / Resultado
Appearance / Apariencia	Translucent, light orange color / Translúcido, color naranja claro	Pass / Aprobado
Sterility / Esterilidad	Absence of microbial growth / Ausencia de crecimiento microbiano	Pass / Aprobado

Product manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / Producto elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

CONCLUSION: The product batch **E20032** meets the specifications. / El lote de producto **E20032** cumple con las especificaciones establecidas.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO