

Product code | Código de Producto | Código do Produto: TRAZANTO**Product description | Descripción de producto | Descrição do produto:** Trazanto Automatic System for Quality Control and Traceability of Cleaning, Disinfection and Sterilization Processes. / Sistema Automático Trazanto para el Control de Calidad y Trazabilidad de Procesos de Lavado, Desinfección y Esterilización. / Sistema Automático Trazanto para Controle de Qualidade e Rastreabilidade dos Processos de Lavagem, Desinfecção e Esterilização.**Batch number | Número de lote | Número de lote:** TRAZANTO5119C**Manufacture date | Fecha de fabricación | Data de Fabricação:** 20/09/2021**Serial Number | Número de serie | Número de série:** 00295**Color calibration | Calibración de color | Calibração de color***

Range Rango Faixa	Max. Color deviation Max. Desviación de color Max. Desvio de cor	Conclusion Conclusión Conclusão
<2,5 %	2.04 %	Within the specified range / Dentro del rango especificado / Dentro da faixa especificada

Reference color calibration target for optical image acquisition devices ISO 12641-1 compliant. / Tarjeta patrón de calibración de colores para dispositivos ópticos de adquisición de imágenes conforme a ISO 12641-1. / Tarjeta padrão de calibração de cores para dispositivos ópticos de aquisição de imagens conforme ISO 12641-1.

Electronic System | Sistema electrónico | Sistema Eletrônico

Quality Control procedure showed no technical defects or electrical failures. / El procedimiento de control de calidad no mostró defectos técnicos o fallos eléctricos. / Procedimentos de aferição não mostraram defeitos técnicos ou falhas elétricas.

Structural Components (label - wire - case) | Componentes estructurales (etiqueta - cable - carcasa) | Componentes Estruturais (etiqueta - cabo - casca)

Final visual inspection certifies that the finished product complies with the requirements of the Company's Quality Management System. / La inspección visual final certifica que el producto terminado cumple con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa. / A inspeção visual final certifica que o produto acabado cumpre os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade da Empresa.

Conclusion | Conclusión | Conclusão

The product TRAZANTO, batch number **TRAZANTO5119C** Serial N° **00295** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El producto TRAZANTO, lote número **TRAZANTO5119C** Serie N° **00295** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad. / O produto TRAZANTO, número do lote **TRAZANTO5119C** Série N° **00295** foi fabricado sob as normas ISO 13485: 2016 / NS-EN ISO 13485: 2016 do Sistema de Gestão da Qualidade.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO