

March 5<sup>th</sup>, 2026**Product code / Código de producto:** ATP-s1**Product description / Descripción de producto:** Hygiene monitoring system. High sensitivity pen system for detection of surface ATP. / Sistema de control de higiene. Sistema de lápiz de alta sensibilidad para la detección de ATP en superficie.**Batch number / Número de lote:** C60022**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2026-02-01**Expiration date / Fecha de vencimiento\*:** 2027-01-31

\* When stored refrigerated (2-8°C) / Cuando se almacena refrigerado (2-8°C).

**Process specification / Especificaciones de proceso:** Before and after sample collection, activate the Chemdye® ATP-s1 device and read in 3M™ luminometers:

Antes y después de coleccionar la muestra, activar el dispositivo Chemdye® ATP-s1 y leer en luminómetros 3M™:

**Results interpretation / Interpretación de resultados:**

- **RLU\*\* values / Valores de URL\*\*** Value informed by the luminometer / Valor informado por el luminómetro.

\*\* Relative Light Units / Unidades Relativas de Luz

**Blank values / Valor de blanco:** *Pass / Aprobado***ATP detection:** *Pass/Aprobado*

Especification/Especificacion	Result / Resultado
RLU/URL (100 fmol ATP)	Pass / Aprobado
Blank / Blanco	Pass / Aprobado

**CONCLUSION:** The product batch **C60022** meets the established specifications. / El lote de producto **C60022** cumple con las especificaciones establecidas.

TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO