

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

Diciembre 19th, 2018**Product code / Código de producto:** CDWA3**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Indicator for cleaning performance tests. / Indicador de Lavado para pruebas de eficacia de lavado.**Batch number / Número de lote:** CDWA3071118**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-11**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2023-11**Final result / Resultado final:** Removal of blue organic substance from support. / Eliminación de la sustancia orgánica azul del soporte.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO / TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO / TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch CDWA3071118 meets the specifications under ISO / TS 15883-5. El lote de producto CDWA3071118 cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO / TS 15883-5.
TERRAGENE S.A.Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO