

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 13th, 2018Product code / Código de producto: CDWA3

Product description / Descripción de producto: Cleaning Indicator for cleaning performance tests. / Indicador de Lavado para pruebas de eficacia de lavado.

Batch number / Número de lote: CDWA3150618Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-06

Final result / Resultado final: Removal of blue organic substance from support. / Eliminación de la sustancia orgánica azul del soporte.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO / TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO / TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch **CDWA3150618** meets the specifications under ISO / TS 15883-5. El lote de producto **CDWA3150618** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO / TS 15883-5.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO