



April 1st, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: CDWE

Product description / Descripción de producto: Self-adhesive Cleaning Indicator for endoscope cleaning performance tests in Automatic Endoscope Reprocessors / Indicador Auto-adhesivo de Lavado para control de eficacia de lavado de endoscopios en Lavadoras Desinfectadoras Automáticas.

Batch number / Número de Lote: CDWE140116

Manufacture date / Fecha de fabricación: 14.01.16

Expiration date / Fecha de vencimiento: 14.01.21

Final result / Resultado final: Removal of fuchsia organic substance. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO / TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO / TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch **CDWE140116** meets the specifications under ISO / TS 15883-5.
El lote de producto **CDWE140116** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO / TS 15883-5.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO