

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 13th, 2018Product code / Código de producto: CDWE

Product description / Descripción de producto: Cleaning Indicator for endoscope cleaning performance tests in Automatic Reprocessing Washing Machines. / Indicador de Lavado para control de eficacia de lavado de endoscopios en Lavadoras Reprocesadoras Automáticas.

Batch number / Número de lote: CDWE041018Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-10Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-10

Final result / Resultado final: Removal of fuchsia organic substance. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO / TS 15883-5. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO / TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch **CDWE041018** meets the specifications under ISO / TS 15883-5. El lote de producto **CDWE041018** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO / TS 15883-5.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO