

September 28th, 2022**Product code / Código de producto:** CDWE**Product description / Descripción de producto:** Cleaning Indicator for endoscope cleaning performance tests in Automatic Reprocessing Washing Machines. / Indicador de Lavado para control de eficacia de lavado de endoscopios en Lavadoras Reprocesadoras Automáticas.**Batch number / Número de lote:** B20378**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2022-07**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2027-07**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia.

Parameters determined at the time of manufacturing comply with ISO / TS 15883-5. /
Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme a estándares ISO /
TS 15883-5.

CONCLUSION: The product batch **B20378** meets the specifications under ISO / TS 15883-5. El lote de producto **B20378** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO / TS 15883-5.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO