

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 28<sup>th</sup>, 2017

Product code / código de Producto: IKW4

**Product description / Descripción de producto:** Washing indicator ink for monitoring the washing efficiency in thermal disinfection washing machines and in ultrasonic washing machines operating at frequencies equal to or greater than 35 kHz / Tinta indicadora de lavado para monitorear la eficacia del lavado en lavadoras termo-desinfectadoras y en lavadoras ultrasónicas que funcionen a frecuencias iguales o mayores a 35 kHz.

Batch number / Número de lote: IKW4230617Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-06Expiration date / Fecha de vencimiento: 2018-06

**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance from surface. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia de la superficie

Temperature range = 20-65 °C

**Conclusion:** The product batch **IKW4230617** was manufactured under ISO 13485:2012 and ISO 9001:2008 Quality Management System standards / El lote de producto **IKW4230617** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2012 e ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO