

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 18<sup>th</sup>, 2017

Product code / Código de producto: IKW4

**Product description / Descripción de producto:** Washing indicator ink for monitoring the washing efficiency in thermal disinfection washing machines and in ultrasonic washing machines operating at frequencies equal to or greater than 35 kHz / Tinta indicadora de lavado para monitorear la eficacia del lavado en lavadoras termo-desinfectadoras y en lavadoras ultrasónicas que funcionen a frecuencias iguales o mayores a 35 kHz.

**Batch number / Número de lote:** IKW4041217

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-12

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2018-12

**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance from surface. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia de la superficie

**Temperature range** = 20-65 °C

**Conclusion:** The product batch **IKW4041217** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 / El lote de producto **IKW4041217** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 del Sistema de Gestión de Calidad.

  
TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO