

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 21<sup>st</sup>, 2018

Product code / código de Producto: IKW4

**Product description / Descripción de producto:** Washing indicator ink for monitoring the washing efficiency in thermal disinfection washing machines and in ultrasonic washing machines operating at frequencies equal to or greater than 35 kHz / Tinta indicadora de lavado para monitorear la eficacia del lavado en lavadoras termo-desinfectadoras y en lavadoras ultrasónicas que funcionen a frecuencias iguales o mayores a 35 kHz.

Batch number / Número de lote: IKW4070518

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-05

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2019-05

**Final result / Resultado final:** Removal of fuchsia organic substance from surface. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia de la superficie

Temperature range = 20-65 °C

**Conclusion:** The product batch **IKW4070518** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 / El lote de producto **IKW4070518** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO