

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 2nd, 2020

Product code / código de Producto: IKW4

Product description / Descripción de producto: Washing indicator ink for monitoring the washing efficiency in thermal disinfection washing machines and in ultrasonic washing machines operating at frequencies equal to or greater than 35 kHz. / Tinta indicadora de lavado para monitorear la eficacia del lavado en lavadoras termo-desinfectadoras y en lavadoras ultrasónicas que funcionen a frecuencias iguales o mayores a 35 kHz.

Batch number / Número de lote: IKW4191020

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-10

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-10

Final result / Resultado final: Removal of fuchsia organic substance from surface. / Eliminación de la sustancia orgánica fucsia de la superficie.

Temperature range = 20-65 °C

Conclusion: The product batch **IKW4191020** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016. / El lote de producto **IKW4191020** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO