

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

March 21<sup>st</sup>, 2017

Product code / código de Producto: IT27W-1

Product description / Descripción de producto: Designed for monitoring moist heat disinfection processes in washer-disinfectors. / Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras.

Batch number / Número de lote: IT27W1180117

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2017-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2022-01

Transition color / Color de Transición: Turns to Purple/Vira a Purpura.

Process specification / Especificaciones de proceso: 1 min., 90 °C.  $A_0 = 600$ . / 1 min., 90 °C.  $A_0 = 600$ .

The product batch **IT27W1180117** was manufactured under ISO 13485:2012 and ISO 9001:2008 Quality Management System standards / El lote de producto **IT27W1180117** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2012 e ISO 9001:2008 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO