

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

June 1st, 2018

Product code / Código de producto: IT27W-1

Product description / Descripción de producto: Designed for monitoring moist heat disinfection processes in washer-disinfectors. / Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras.

Batch number / Número de lote: IT27W1230218

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-02

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-02

Transition color / Color de Transición: Turns to Purple/Vira a Púrpura.

Process specification / Especificaciones de proceso: 1 min., 90 °C. $A_0 = 600$. / 1 min., 90 °C. $A_0 = 600$.

The product batch **IT27W1230218** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012. / El lote de producto **IT27W1230218** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO