



November 21st, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: IT27W-10

Product description / Descripción de producto: Thermo disinfection and Cleaning Indicator for routine control of thermal disinfection processes / Indicador de Lavado y Termo desinfección para control de rutina de procesos de desinfección térmica.

Batch number / Número de lote: IT27W10270916

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-09

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-09

Transition color / Color de Transición: Turns to Purple/Vira a Purpura.

Process specification / Especificaciones de proceso: 10 min. 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) or equivalent /10 min., 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) o equivalente.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with BGA/RKI. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con BGA/RKI. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT27W10270916** meets the specifications under BGA/RKI./El lote de producto **IT27W10270916** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa BGA/RKI.



TERRAGENE S.A.

Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO