

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

November 14<sup>th</sup>, 2017

**Product code / código de Producto:** IT27W-10

**Product description / Descripción de producto:** Thermo disinfection and Cleaning Indicator for routine control of thermal disinfection processes / Indicador de Lavado y Termo desinfección para control de rutina de procesos de desinfección térmica.

**Batch number / Número de lote:** IT27W10191017

**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2017-10

**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2022-10

**Transition color / Color de Transición:** Turns to Purple/Vira a Purpura.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** 10 min. 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) or equivalent / 10 min., 93 °C (BGA/RKI/EPIDEMIC PROGRAM) o equivalente.

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with BGA/RKI. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con BGA/RKI. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

**CONCLUSION:** Product batch **IT27W10191017** meets the specifications under BGA/RKI./ El lote de producto **IT27W10191017** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa BGA/RKI.

  
TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO