

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

February 21st, 2018

Product code / Código de producto: IT27W-5

Product description / Descripción de producto: Designed for monitoring moist heat disinfection processes in washer-disinfectors. / Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras.

Batch number / Número de lote: IT27W5110118

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-01

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2023-01

Transition color / Color de transición: Turns to Purple/Vira a Purpura.

Process specification / Especificaciones de proceso: 5 min., 90 °C. A₀ = 3000. / 5 min., 90 °C. A₀ = 3000.

The product batch **IT27W5110118** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 / El lote de producto **IT27W5110118** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2003/NS-EN ISO 13485:2012 del Sistema de Gestión de Calidad.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO