

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

October 19<sup>th</sup>, 2020**Product code / Código de producto:** IT27W-5**Product description / Descripción de producto:** Thermodisinfection and Cleaning Indicator. Designed for monitoring moist heat disinfection processes in washer-disinfectors. / Indicador de lavado y termodesinfección. Diseñado para el monitoreo de procesos de desinfección por calor húmedo en lavadoras desinfectadoras.**Batch number / Número de lote:** IT27W5011020**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2020-10**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2025-10**Transition color / Color de transición:** Turns to Purple. / Vira a Purpura.**Process specification / Especificaciones de proceso:** 5 min., 90 °C. A<sub>0</sub> = 3000.

The product batch **IT27W5011020** was manufactured under Quality Management System standards ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 / El lote de producto **IT27W5011020** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

  
TERRAGENE S.A.Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TECNICO