



July 12th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / código de Producto: IT401

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for High Level Disinfection processes using Liquid Peracetic Acid / Indicador químico para procesos de Desinfección de Alto Nivel por Ácido Peracético Líquido.

Batch number / Número de lote: IT401160616

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2016-06

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2021-06

Transition color / Color de Transición: Turns to Blue / Vira a Azul

Process specification / Especificaciones de proceso: Temperature = 35-43 °C

SV 2500 ppm Peracetic Acid: = 5 min

SV 1000 ppm Peracetic Acid = 9 min

Parameters determined at the time of manufacturing in accordance with IRAM 37101-1:1999 standards. The values shown in this certificate are reproducible only under the conditions in which they were established. / Parámetros determinados al momento de la fabricación conforme con estándares IRAM 37101-1:1999. Los valores presentados son reproducibles solo bajo las mismas condiciones en las cuales fueron determinados.

CONCLUSION: Product batch **IT401160616** meets the specifications under IRAM 37101-1:1999 regulation / El lote de producto **IT401160616** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa IRAM 37101-1:1999



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO