

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

July 23rd, 2020

Product code / Código de Producto: IT401

Product description / Descripción de producto: Chemical Indicator for High Level Disinfection processes using Liquid Peracetic Acid / Indicador químico para procesos de Desinfección de Alto Nivel por Ácido Peracético Líquido.

Batch number / Número de Lote: IT401060720

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2020-07

Expiration date / Fecha de vencimiento: 2025-07

Transition color / Color de Transición: Turns to Blue or Greenish / Vira a Azul o Verdoso

Process specification / Especificaciones de proceso: Temperature = 35-43 °C

SV 2500 ppm Peracetic Acid = 4.9 min

SV 1000 ppm Peracetic Acid = 9 min

The product batch **IT401060720** was manufactured under ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 Quality Management System standards / El lote de producto **IT401060720** fue elaborado bajo las normas ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.


TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO