


April 27th, 2023**Product code / Código de producto:** IT401**Product description / Descripción de producto:** Chemical Indicator for High Level Disinfection processes using Liquid Peracetic Acid / Indicador químico para procesos de Desinfección de Alto Nivel por Ácido Peracético Líquido.**Batch number / Número de lote:** B30097**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2023-03**Expiration date / Fecha de vencimiento:** 2028-03**Transition color / Color de transición:** Turns to blue or greenish / Vira a azul o verdoso.**Process specification / Especificaciones de proceso:**

Temperatura= 35 – 43 °C.

SV 2500 ppm Peracetic Acid (not lower than 4.9 min. / no menor a 4.9 min.): 5 min.SV 1000 ppm Peracetic Acid (not lower than 9 min. / no menor a 9 min.): 9 min.

CONCLUSION: The product batch **B30097** meets the specifications under 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 Quality Management System standards. / El lote de producto **B30097** cumple con las especificaciones establecidas en la normativa ISO 13485:2016/NS-EN ISO 13485:2016 del Sistema de Gestión de Calidad.

**TERRAGENE S.A.**Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO