

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

May 30th, 2018

Product code / Código de producto: KPRO2-E250

Product description / Descripción de producto: Designed to detect proteins on endoscopes and other reusable instruments with hard to reach internal channels or cannulated instruments. / Diseñado para detectar proteínas en endoscopios y otros instrumentos reutilizables con canales internos de difícil acceso, o instrumentos canulares.

Batch number / Número de Lote: KPRO2E250070518

Manufacture date / Fecha de fabricación: 2018-05

Expiration date / Fecha de vencimiento (*): 2020-05

*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

Process specification / Especificaciones de proceso: after sample collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to a reference color chart allows interpretation of results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con el cuadro de referencia de color permite la interpretación de resultados.

Results interpretation / Interpretación de resultados: Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color chart. / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tabla de referencia de color.

CONCLUSION: The product batch **KPRO2E250070518** meets the specifications under ISO 15883-1, HTM2030 and HTM 01-05. / El lote de producto **KPRO2E250070518** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1, HTM2030 y HTM 01-05.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO