

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 2nd, 2016**Product code / Código de Producto:** KPRO2-E250**Product description / Descripción de producto:** Designed to detect proteins on endoscopes and other reusable instruments with hard to reach internal channels or cannulated instruments. /

Diseñado para detectar proteínas en endoscopios y otros instrumentos reutilizables con canales internos de difícil acceso, o instrumentos canulares.

Batch number / Número de Lote: KPRO2E250211016**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2016-10**Expiration date / Fecha de vencimiento (*):** 2018-10

*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

Process specification / Especificaciones de proceso: after sample collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to a reference color chart allows interpretation of results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con el cuadro de referencia de color permite la interpretación de resultados.**Results interpretation / Interpretación de resultados:** Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color chart / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tabla de referencia de color.**CONCLUSION:** The product batch **KPRO2E250211016** meets the specifications under ISO 15883-1, HTM2030 and HTM 01-05. / El lote de producto **KPRO2E250211016** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1, HTM2030 y HTM 01-05.
TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO