

## Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

December 5<sup>th</sup>, 2018**Product code / Código de producto:** KPRO2-E250

**Product description / Descripción de producto:** Hygiene Monitoring System. Kit designed to detect proteins on endoscopes and other reusable instruments with hard to reach internal channels or cannulated instruments. / Sistema de control de higiene. Kit diseñado para detectar proteínas en endoscopios y otros instrumentos reutilizables con canales internos de difícil acceso, o instrumentos canulados.

**Batch number / Número de Lote:** KPRO2E250161118**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2018-11**Expiration date / Fecha de vencimiento (\*):** 2020-11

\*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

**Process specification / Especificaciones de proceso:** After simple collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to a reference color chart allows interpretation of results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con el cuadro de referencia de color permite la interpretación de resultados.

**Results interpretation / Interpretación de resultados:** Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color chart. / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tabla de referencia de color.

**CONCLUSION:** The product batch **KPRO2E250161118** meets the specifications under ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 and HTM 01-05:2013. / El lote de producto **KPRO2E250161118** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 y HTM 01-05:2013.



TERRAGENE S.A.  
Lic. Adrián Rovetto  
DIRECTOR TÉCNICO