

Product Quality Certificate | Certificado de Calidad de Producto

TERRAGENE®

September 24th, 2019**Product code / Código de producto:** KPRO2-E250

Product description / Descripción de producto: Hygiene Monitoring System. Kit designed to detect proteins on endoscopes and other reusable instruments with hard to reach internal channels or cannulated instruments. / Sistema de control de higiene. Kit diseñado para detectar proteínas en endoscopios y otros instrumentos reutilizables con canales internos de difícil acceso, o instrumentos canulados.

Batch number / Número de Lote: KPRO2E250050919**Manufacture date / Fecha de fabricación:** 2019-09**Expiration date / Fecha de vencimiento (*):** 2021-09

*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

Process specification / Especificaciones de proceso: After simple collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to the reference color card allows interpretation of the results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con la tarjeta de referencia de colores permite la interpretación de los resultados.

Results interpretation / Interpretación de resultados: Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color card. / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tarjeta de referencia de colores.

CONCLUSION: The product batch **KPRO2E250050919** meets the specifications under ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 and HTM 01-05:2013. / El lote de producto **KPRO2E250050919** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1:2006, HTM 01-01:2016 y HTM 01-05:2013.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO