



March 18th, 2016

Product Quality Certificate / Certificado de Calidad de Producto

Product code / Código de Producto: KPRO2-E69

Product description / Descripción de producto: Hygiene Monitoring System. Kit system for detecting residual protein on surfaces / Sistema de Control de Higiene. Kit para la detección de proteínas residuales en superficies.

Batch number / Número de Lote: KPRO2E69200216

Manufacture date / Fecha de fabricación: 20.02.16

Expiration date / Fecha de vencimiento(*): 20.02.18

*Shelf-life is 6 months from manufacture when NOT refrigerated.

Process specification / Especificaciones de proceso: after sample collection and swab immersion into the reactive solution, comparison to a reference color chart allows interpretation of results. / Luego de la toma de muestras y la inmersión del hisopo en la solución reactiva, la comparación con el cuadro de referencia de color permite la interpretación de resultados.

Results interpretation / Interpretación de resultados: Color change in response to different quantities of protein in accordance with the reference color chart / Cambio de color en respuesta a diferentes cantidades de proteína de acuerdo a la tabla de referencia de color.

CONCLUSION: The product batch **KPRO2E69200216** meets the specifications under ISO 15883-1, HTM2030 and HTM 01-05. / El lote de producto **KPRO2E69200216** cumple con las especificaciones establecidas en las normativas ISO 15883-1, HTM2030 y HTM 01-05.



TERRAGENE S.A.
Lic. Adrián Rovetto
DIRECTOR TÉCNICO